

## SIVI AZOT TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz, tekrar tekrar doldurulabilir özellikte olmalıdır.
2. Cihaz gövdesi kullanıcıyı soğuktan koruyacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Cihaz, yüksek gerilme direncine sahip paslanmaz çelikten mamül olmalıdır.
  - Sıvı azot konteyneri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
  - Net likit azot hacmi : 10 litre
  - Statik dayanma müddeti : 100 gün
4. Tank üzerinde kapaklı emniyet sibobu bulunmalıdır.
5. Teklif veren firmalar, bu şartnamedeki istenilen özellikleri teklif ettikleri cihazların orjinal katalog ve broşürlerini referans göstererek, tek tek teyit ederek, kanıtlayarak, açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.
6. Teklif verecek firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgelerinin asıl veya suretlerini teklifle birlikte vermelidirler.
7. Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek, açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.

### **GARANTİ:**

Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.

Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.

Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım-onarım ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.

### **EĞİTİM:**

Cihazın kullanım eğitimi kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir.