

## 20 LT SIVI AZOT TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz, tekrar tekrar doldurulabilir özellikte olmalıdır.
2. Cihazda yüksek basınç halinde emniyet ve tahliye valfi bulunmalıdır.
3. Cihaz gövdesi kullanıcıyı soğuktan koruyacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
4. Cihaz, yüksek gerilme direncine sahip paslanmaz çelikten mamül olmalıdır.
  - Sıvı azot konteyneri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
  - Net likit azot hacmi : 20 litre
  - Statik dayanma müddeti : 200 gün
5. Otomatik doldurma için gerekli ekipman tanka mekanik olarak monte edilebilmelidir.
6. Tank üzerinde kapaklı emniyet sibobu bulunmalıdır.
7. Teklif verecek firmalar TSE hizmet yeterlilik belgelesine sahip olmalı ve bu belgenin asıl veya suretini teklifle birlikte vermelidirler.
8. Teklif verecek üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altındaki bayileri "T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu" tarafından onaylanmış "Klinik Destek Elemanı" belgelesi zorunluluğu gereginde ilgili belgeyi vermelidirler.
9. Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyid ederek, açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.

### **GARANTİ:**

Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.

Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.

Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım-onarım ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.

### **EĞİTİM:**

Cihazın kullanım eğitimi kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir.