

DERMATOLOJİK AMAÇLI PORTABLE CRYO CİHAZI TERMOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

01. Cihaz dermatolojik tedavilerde kullanılmak üzere gerekli özelliklere sahip olacaktır.
02. Cihaz, taşınabilir 0.5 litre sıvı nitrojen kapasitesine sahip olmalıdır Boş ağırlığı: 0.60 kg(+/-0,10), Dolu ağırlığı. 0.90kg (+/-0,10), Statik muhafaza süresi: min. 11 saat olmalıdır
03. Cihaz, tekrar tekrar doldurulabilir özellikte olmalıdır.
04. Cihazda yüksek basınç halinde emniyet ve tahliye valfi bulunmalıdır.
05. Cihazın sprej uçları cihaza kolayca monte edilebilecek ve kaçak oluşmasını önleyecek şekilde vidalı tip olmalıdır.
06. Proben takıldığı yer ile nitrojen akışını sağlayan çubuk arasında boşluk olmamalıdır.
07. Cihazın Sıvı Nitrojen akışını sağlayan borusunda tıkanıklığı ve yabancı madde kaçığını önleyecek filtre sistemi olmalıdır.
08. Cihaz gövdesi ve sprej tetiği kullanıcıyı soğuktan koruyacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
09. Cihaz, yüksek gerilme direncine sahip paslanmaz metalden mamül olmalıdır.
10. Cihaza istenildiği takdirde Isı ölçer ,izleme ve kayıt yapabilen kamera sistemleri eklenebilmelidir.
11. Cihaz ile birlikte
 - 4 Adet Değişik çapta kubbe sprej uç
 - 1 Adet Uzun Eğik Sprej Prob
 - 1 Adet Düz 2cm Sprej uç
 - 1 Adet Sprej Prob Standı
 - 1 Adet Termos Koruyucu Bant
12. Teklif verecek firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgenin asıl veya suretlerini teklifle birlikte vermelidirler. Bu belgeye sahip olmayan isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.
13. Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyid ederek, açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.
14. Teklif verecek üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altındaki bayileri "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası"na kayıtlı ve cihazın tüm parçalarıyla birlikte "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası olması ve belgelerini birlikte vermelidirler.
15. Teklif verecek üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altındaki bayileri "T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu" tarafından onaylanmış "Klinik Destek Elemanı" belgesi zorunluluğu gereğince ilgili belgeyi vermelidirler.

GARANTİ:

Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.

Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.

Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım-onarım ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.

EĞİTİM:

Cihazın kullanım eğitimi kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir.