

**DERMATOLOJİK AMAÇLI
EPİLUMİNESANS DERMATOSKOP SİSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

01. Cihaz Malign Melanomun erken tanısının ve diğer dermatolojik tetkiklerin kolayca yapılabilmesi ve deri katmanlarının incelenmesi amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
02. Dermatoskop epilüminesans özellikli olup cilt alt katmanı incelemesine olanak sağlamalıdır.
03. Dermatoskop aydınlatması uzun ömürlü beyaz ve ayrıntılı pigmente yapısı incelemeye olanak sağlayan sarı LED ışıklara sahip olmalıdır.
04. Minimum 10 (+/- % 10) büyültmeli olmalıdır.
05. Dermatoskop göz ile muayene lens genişliği minimum 25mm olmalıdır.
06. Dermatoskopta mod seçimi için iki düğme ile kontrol edilebilir olmalıdır.
07. Dermatoskop Polarize ve NON polarize görüntü seçeneklerine sahip olmalıdır.
08. Minimum 28 adet LED ışığa sahip olmalıdır.
09. Cihaz Aşağıdaki MOD değişimleri ile farklı yapıdaki lezyon incelemelerine olanak sağlamalıdır.
 - a- 12 Beyaz LED Polarize Görüntü
 - b- 6 Beyaz LED NON-Polarize Görüntü
 - c- 10 Turuncu LED Özel Pigmente yapısı izleme
10. Dermatoskop şarj edilebilir olmalıdır. Şarj standına sahip olmalıdır.
11. Dermatoskop istenildiği taktirde Iphone , Ipad , Samsung S serisi ve ya Dijital fotoğraf makinesi ile bağlantı kurabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
12. Portatif ve kolayca taşınabilir olmalıdır.
13. Cihaz için silikon ve ya Deri taşıma ve koruyucu kılıf verilmelidir.
14. İstendiğinde immersion yağlı ve yağsız kullanılmalıdır.
15. Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyid ederek, açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.
16. Teklif verecek firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgenin asıl veya suretini teklifle birlikte vermelidirler.
17. Teklif verecek üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altındaki bayileri "T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu" tarafından onaylanmış "Klinik Destek Elemanı" belgesi zorunluluğu gereğince ilgili belgeyi vermelidirler.

GARANTİ:

Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.

Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.

Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım-onarım ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.