

DERMATOLOJİK AMAÇLI EPİLÜMINESANS
DERMATOSKOP SİSTEMİ TEKNİK
ARTNAMESİ

01. Cihaz Malign Melanomun erken tanısının ve diğer dermatolojik tetkiklerin kolayca yapılabilmesi ve deri katmanlarının incelenmesi amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
02. Dermatoskop epilüminesans özellikli beyaz ve sarı olarak iki çeşide sahip olmalıdır.
03. Minimum 10 (+/- % 10) büyütme olmalıdır.
04. Dermatoskop bakı lens genişliği en az 30mm olmalıdır.
05. Cihaz toplamda 24 adet LED aydınlatmaya sahip olmalıdır.
06. Cihaz Aşağıdaki MOD deyimleri ile farklı yapıdaki lezyon incelemelerine olanak sağlamalıdır.
 - a- 12 LED Polarize Görüntü
 - b- 6 LED NON-Polarize Görüntü
 - c- 12 LED Polarize + 6 LED Turuncu Özel Pigmente yapısı izleme
 - d- 6 LED Turuncu Özel Pigmente yapısı izleme
 - e- 6 LED NON-Polarize Görüntü - 6 LED Turuncu Özel Pigmente yapısı izleme
07. Cihaz beyaz ve sarı renkleri birlikte ve ayrı ayrı çalışmasına olanak sağlamalıdır.
08. Cihazla birlikte, enfeksiyon riskine karşı koruma olarak 5 adet tek kullanımlık koruyucu kılıf verilmelidir.
09. Dermatoskop steril edilebilir olmalıdır.
10. Portatif ve kolayca taşınabilir olmalıdır.
11. Standi içinde immersion yağı ve yağsız kullanılmalıdır.
12. Teklif veren firmalar, bu artname maddelerini tek tek teyid ederek, açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.
13. Teklif verecek firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgenin asıl veya suretini teklifle birlikte vermelidirler.
14. Teklif verecek üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altındaki bayileri "T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu" tarafından onaylanmış "Klinik Destek Elemanı" belgesi zorunluluğu gereğince ilgili belgeyi vermelidirler.

GARANTİ :

Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.
Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.
Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım-onarım ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.

EĞİTİM:

Cihazın kullanım eğitimi kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir.