

**DERMATOLOJİK AMAÇLI  
POLARİZELİ MUAYENE LAMBASI  
TEKNİK ARTNAMES**

01. Cihaz dermatolojik lezyonların incelenmesi amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
02. Cihaz polarize filtreye sahip olmalıdır.
03. Cihaz minimum 2 kat büyütme olmalıdır.
04. Cihazın mercek çapı 10 cm olmalıdır.
05. Minimum 40 Adet beyaz LED ışıkna sahip olacaktır.
06. Cihaz 4 adet kalem pil ile çalıştırılabilir olmalıdır.
07. Portatif ve kolayca taşınabilir olacaktır.
08. Cihazla birlikte 1 adet koruyucu neopren muhafaza kılıfı verilmelidir.
09. Teklif veren firmalar, bu artname maddelerini tek tek teyid ederek, açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.
10. Teklif verecek firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgenin asıl veya suretini teklifle birlikte vermelidirler.
11. Teklif verecek üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altındaki bayileri "T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu" tarafından onaylanmış "Klinik Destek Elemanı" belgeesi zorunluluğu gereğince ilgili belgeyi vermelidirler

**GARANTİ :**

Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.  
Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.  
Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım-onarım ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.

**EĞİTİM:**

Cihazın kullanım eğitimi kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir.