

DERMATOLOJİK AMAÇLI
EPİDERMİSİNİN EL DERMATOSKOPU
TEKNİK ARTNAMESİ

1. Dermatoskop, dermatolojik tetkiklerin kolayca yapılabilmesi için deri katmanlarının incelenmesi amacıyla kullanılacaktır.
2. Minimum 10 (+/- % 10) büyütme olacaktır.
3. Aydınlatma minimum iki grupta 8 Led ile toplamda 16 LED ile sağlanmalıdır.
4. Dermatoskop Lensi Polarizasyon özelliğinde olmalıdır.
5. Portatif ve kolayca taşınabilir olacaktır.
6. Ağırlığı maksimum 100 (+/- % 10) gram olacaktır.
7. Dermatoskop ile birlikte orijinal taşıma kılıfı verilmelidir.
8. Dermatoskop ile birlikte 6 (altı) voltluk lityum pil verilecektir.
9. Teklif verecek firma TSE hizmet yeterlilik belgeğine sahip olmalı ve bu belgelerinin asıl veya suretlerini teklifle birlikte vermelidirler.
10. Teklif veren firmalar, bu artname maddelerini tek tek teyid ederek, açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.
11. Teklif verecek üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altındaki bayileri "T.C. Sağlık ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası"na kayıtlı ve cihazın tüm parçalarıyla birlikte "T.C. Sağlık ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası olması ve belgelerini birlikte vermelidirler.

GARANTİ :

Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.

Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.

Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım-onarım ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.

EĞİTİM:

Cihazın kullanım eğitimini kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir.