

..... AMAÇLI
RADYOCERRAH ÜNİTESİ TEKNİK ARTNAMES

01. Cihaz dermatolojik cerrahi işlemlerde, kesme ve koterizasyon amacıyla kullanılabilmesi için gerekli elektriksel fonksiyon ve a a ıdaki güç özelliklerine sahip olmalıdır.

Çalışma Modları	Güç	Frekans
Kesme	100 Watt	4 MHz
Kesme/koagülasyon	75 Watt	4 MHz
Kontak Koagülasyon	35 Watt	4 MHz
Sprey Koagülasyon	32 Watt	4 MHz
Bipolar Koagülasyon	38 Watt	1,7 MHz

02. Cihaz, her türlü biyopsi numunesi alma işlemini minimum doku hasarı ile gerçekleştirebilmelidir.
03. Çalışma modu seçimi cihaz üzerinden dokunmatik tuşlarla yapılabilmesi ve ı ıklıkla da görülebilmelidir.
04. Cihaz, tüm modlarda eldivensiz kullanıma elverişli olmalıdır.
05. Ayak pedalı çift işlevli Cut ve Coag Modlarını kontrol edebilmelidir.
06. Cihaz aynı anda hem monopolar hem bipolar kullanıma uygun olmalıdır.
07. Cihazın güç ayarı, 1'er watt aralıklarla dokunmatik tuşlarla yapılabilmesi ve ayarlanan güç dijital ekrandan izlenebilmelidir.
08. Cihazda kesme ve koagülasyon için farklı ses ikazı olmalıdır. Ses ikazının gücü ayarlanabilir olmalıdır.
09. Cihaz ilk açılışta elektronik testini otomatik olarak yapmalı ve anormallik halinde ı ıklıkla ikaz ederek, çalışmasını durdurmalıdır. Anormal durumun nedeni dijital ekrandan kodlu olarak izlenebilmelidir.
10. Cihaz, elektronik nötr elektrod kontrolüne sahip olmalı, nötr elektrod temasında problem olması halinde çalışma otomatik durmalı ve ı ıklıkla ikaz etmelidir.
11. Cihazla birlikte a a ıdaki aksesuarlar verilmelidir.

- 1 Adet Ayak Kontrol Ünitesi R/U
- 1 Adet Hasta Plakası (Antenna Plate) R/U
- 1 Adet Ayak Kontrollü Monopolar Kalem R/U
- 1 Adet Uzunluğu ayarlanabilir 0,004" çaplı insizyon elektrodu ve yedek teli, rigid R/U
- 1 Adet insizyon işleme elektrodu R/U
- 1 Adet Fulgurasyon/Desikasyon çivi elektrodu R/U
- 1 Adet Koagülasyon ball elektrodu R/U
- 1 Adet Loop eksizyon elektrodu R/U
- 1 Adet Baklava eksizyon elektrodu R/U

- 1 Adet Üçgen eksizyon elektrodu R/U

12. darece gerek görüldü ünde cihazın demonstrasyonu üç gün içersinde yapılabilmelidir.
13. Teklif verecek firmalar TSE hizmet yeterlilik ve ISO belgelerine sahip olmalı ve bu belgelerinin asıl veya suretlerini teklifle birlikte vermelidirler.
14. Teklif veren firmalar, bu artname maddelerini tek tek teyid ederek, açıklmalı olarak cevaplandırmalıdır.

GARANT :

Cihaz, imalat hatalarına kar ı iki yıl garantili olmalıdır.

Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.

Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti kar ılı nda bakım-onarım ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.

E T M:

Cihazın kullanım e itimi kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir.

ÖNEML NOT

Teknik artname tüm bölümler için sunulan standart sarf malzeme ve özelliklerdedir.

Ekstra sarf malzeme ihtiyaçlarınızı dökümanlar kısmındaki genel katalogdan seçerek ekleyebilirsiniz.