

KOKU-DUMAN ASPIRASYON ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

01. Cihaz koterizasyon işleminde kullanılabilmesi için 220 Volt (+ - %10) besleme gerilimine sahip olmalıdır.
02. Koku/duman ünitesi, 0.01 mikrona kadar partikülleri ve kokuyu filtre edebilmelidir.
03. Cihaz , HIV, HPV, Tuberküloz ve özellikle antibiyotiğe karşı dirençli olan diğer virüslere karşı kullanıcıyı koruyabilmelidir.
04. Koku/duman ünitesinin emme gücü ekranda görülebilmeli ve dokunmatik tuşlar ile ayarlanabilmelidir.
05. Cihazın filtre ömrü dijital ekrandan izlenebilmelidir. Çalıştırma, ayak pedalı veya cihaz üzerinden yapılabilir olmalıdır.
06. Cihazın filtreleri;
Maksimum Güç : 18 Saat
Orta Seviye Güç: 24 Saat
Düşük Seviye Güç : 35 Saat ömürlü olmalıdır.
07. Cihazda 3 adet aspiratör hortum girişi olmalıdır. Bunlar 6.4mm – 9.5mm – 22 mm boyutlarında olmalıdır.
08. Cihaz ile birlikte asgari aşağıdaki aksesuarları verilmelidir.
- 2 adet Karbon Filtre
 - 10 adet Ön Hortum Filtre
 - 3 adet 22 MM Aspirasyon Hortumu
 - 1 Adet Ayak Kontrol Ünitesi
 - 1 Adet Power Kablo
- 09 . Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyid ederek, açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.
10. Teklif verecek firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgenin asıl veya suretini teklifle birlikte vermelidirler
- GARANTİ:**
Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.
Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.
Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım-onarım ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.